

Số: 27 /TM-BVYHCT
“Về việc báo giá tủ an toàn sinh học
cấp II cho Bệnh viện Y học cổ truyền
tỉnh Nam Định”

Nam Định, ngày 24 tháng 07 năm 2024

THƯ MỜI

Kính gửi: Các công ty, đơn vị, các nhà thầu

Hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định đang thực hiện kế hoạch mua tủ an toàn sinh học cấp II phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định kính mời các công ty, đơn vị, nhà thầu quan tâm có khả năng cung cấp theo danh mục yêu cầu tại Phụ lục số 1 gửi bản chào giá về Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định theo địa chỉ: số 1 - Đường Tuệ Tĩnh - P.Lộc Hạ, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định - Điện thoại: 0228.3648592, scan gửi về địa chỉ email: bvyhctnd@gmail.com trước 09h30 phút ngày 02/08/ 2024, để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch.

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi bản chào giá theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 2.

Chi tiết xin lên hệ phòng HCTC (đ/c Nguyễn Văn Chuyên) Điện thoại: 0912.873.451

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HCTC; TCKT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Thư mời số /TM-BVYHCT ngày 24 tháng 07 năm 2024)

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH NAM ĐỊNH

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	SL
1	Tủ an toàn sinh học cấp II	<ul style="list-style-type: none">- Phần trước mặt tủ nghiêng khoảng 10 độ giúp người vận hành có cảm giác thoải mái khi đứng thao tác.- Khay làm việc bằng thép không rỉ hoặc tương đương, có khoan lỗ làm tăng hiệu quả luân chuyển dòng khí. Khay có thể dễ dàng tháo ra trong quá trình vệ sinh khu thao tác.- Kích thước ngoài: khoảng 900 x 790 x 1530 mm- Kích thước trong: khoảng 790 x 600 x 700 mm- Tủ có đồng hồ chênh áp hiển thị áp suất bên trong tủ.- Dòng khí hồi lưu khoảng 70%, Số khí còn lại được thổi qua lọc HEPA (hoặc tương đương) trước khi ra ngoài môi trường- Chiều cao cửa làm việc: $\geq 20\text{cm}$- Vật liệu trong tủ bằng inox 304 hoặc tương đương.- Tốc độ dòng khí xuống: ≤ 0.3 đến $\geq 0.5\text{m/s}$- Tốc độ dòng khí vào: $\geq 0.4\text{m/s}$- Tủ có ≥ 02 lọc HEPA (hoặc tương đương) hiệu quả lọc $\geq 99.99\%$ hạt có kích thước $\leq 0.3\mu\text{m}$. Kích thước lọc HEPA (hoặc tương đương) đảm bảo cho $\geq 70\%$ khí được hồi lưu- Lọc HEPA theo tiêu chuẩn ISO 9001 và chuẩn chất lượng FM (hoặc tương đương).- Cường độ đèn chiếu sáng: $> 700\text{ lux}$- Quạt thổi chuyên dụng, độ ồn khi vận hành: $< 63\text{dBA}$- Đèn UV loại $\geq 15\text{W}$, bước sóng $\geq 254\text{nm}$	Cái	01

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Thư mời số /TM-BVYHCT, ngày 24 tháng 07 năm 2024)

BẢN BÁO GIÁ

....., ngàytháng.....năm 2024

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định

Trên cơ sở yêu cầu Báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định, chúng tôi làcó địa chỉ tại.....Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo giá danh mục hàng hóa như sau:

Stt	Tên hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Tổng cộng							
Bảng chữ :.....							

-Ghi chú :

- Tổng giá trị hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí , lệ phí và các chi phí khác nếu có.
- Địa điểm giao hàng : Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định; Địa chỉ: Số 1 - Đường Tuệ Tĩnh - P.Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Thời hạn báo giá có giá trị 60 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/NHÀ CUNG CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)